

案件名称 保育所用 CO2モニター ほかに2点 買入

赤字の部分を追記

物品名称・事業名称		形状・寸法・規格・参考等	数量（単位）
1	CO2モニター	センサー：NDIR方式 二酸化炭素測定範囲400以下～5000ppm以上 表示：デジタルディスプレイ （カラー） その他： ・バッテリーを搭載していること ・バッテリーは、3時間以上継続して測定できる容量を有すること ・充電中においても常に測定できること ・自動校正（初期設定不要） ・1500ppmを超えるとアラームが鳴ること ・2021年11月1日付、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の測定に関するガイドライン」に準拠した製品であること 参考製品： ・株式会社ヤガミ 6817800 ・スリーアールソリューション株式会社 3R-COTH01 ・株式会社東亜産業 TOA-CO2MG-001 ※上記参考製品又は同等品以上を納品すること ※同等品の可否については質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札すること	（ 台 ） 225