

平成30年12月18日付け公告 水都国際中学校・高等学校用鉄製ベッド外105件 買入

仕様書正誤表

訂正箇所	(正)	(誤)
番号51 製品名「オーディオメータ」 規格	W290*D205*H60程度、両耳ヘッドフォン5個つき、専用ケースつき、周波数:選別聴力検査1000Hz・4000Hz、気道聴力検査250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・3000Hz・4000Hz・6000Hz、周波数精度±2%以内、出力応答系統:2系統、電源:AC100V	W290*D205*H60程度、両耳ヘッドフォン5個つき、専用ケースつき、周波数:選別聴力検査1000Hz・4000Hz、気道聴力検査250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・3000Hz・4000Hz・5000Hz、周波数制度±2%以内、出力応答系統:2系統、電源:AC100V