

調達仕様書 正誤表

公告日 : 令和4年6月21日

案件名称 : 令和4年度液体クロマトグラフ質量分析装置（大阪市立環境科学研究センター）一式長期借入

・仕様明細書 2.（2）質量分析部 08)

(誤)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LS</u> データベースを用いて、環境サンプルの定性定量ワークフローを実行できること。
(正)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LC</u> データベースを用いて、環境サンプルの定性定量ワークフローを実行できること。

・仕様明細書 2.（4）データ処理装置部 02)

(誤)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LS</u> データベースを付属すること
(正)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LC</u> データベースを付属すること

・仕様明細書 3.（1）以下の要件を満たす設置条件を有すること 03)

(誤)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LS</u> データベースを用いて、納入時に定性定量ワークフローを実行すること
(正)	環境省スクリーニング分析法等環境調査にて用いる <u>AIQS-LC</u> データベースを用いて、納入時に定性定量ワークフローを実行すること